



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTULUI BĂNCII
MONDIALE

Str. Cristian Popișteanu nr. 1-3, etaj 2, cam. 235-236
Tel: 021.3072589/590/686; Fax: 021.3072587

RĂSPUNS SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI
LA CEREREA DE OFERTĂ NR. 3354/13.12.2021 PRIVIND ACHIZIȚIA DE ECOGRAE CU PATRU (4) SONDE (MOBILE ȘI PORTABILE)

Nr. crt.	Solicitare clarificare	Răspuns solicitare clarificare
1	Referitor la cerința <i>"Declarația producătorului: echipamentul este nou, nu conține piese recondiționate, nu face parte dintr-o lichidare de stoc, nu se va afla la sfârșitul duratei de utilizare în următoarele 24 de luni, iar piesele de schimb vor fi produse și în următorii 10 ani după încheierea perioadei de garanție"</i> , Conform acordului de Libera Circulație a Marfurilor in Comunitatea Europeana https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/38/libera-circulatie-a-marfurilor declaratia producatorului in legatura cu garantia si conditiile de service este ilegala, deoarece orice echipament, fie ca este achizitionat de la producator/persoana fizica/persoana juridica, poate fi vandut in cadrul Comunitatii Europene, atata timp cat este insotit de marcajul CE, acesta fiind un drept esential pentru toti operatorii economici in Uniunea Europeana. Astfel, va rugam respectuos sa ne comunicati daca acceptati ca solicitarea din caietul de sarcini mai sus amintita sa poata fi modificata astfel: <i>"Declaratia producatorului/furnizorului/distribuitoareului: echipamentul este nou, nu contine piese reconditionate, nu face parte dintr-o lichidare de stoc, nu se va afla la sfarsitul duratei de utilizare in urmatoarele 24 de luni, iar piesele de schimb vor fi produse si in urmatorii 10 ani dupa incheierea perioadei de garantie"</i> .	Cerința nu se acceptă.
2	Referitor la cerința <i>"luminozitatea ecranului reglabilă automat, ca răspuns la schimbările de lumină"</i> , va rugam sa considerati conform si un ecograf portabil cu <i>"luminozitatea ecranului reglabila de catre utilizator"</i> . In acest mod fiecare utilizator are posibilitatea sa isi seteze luminozitatea ecranului, si implicit a imaginii ecografice, dupa preferintele proprii	Cerința nu se acceptă.
3	Referitor la cerința <i>"Memorie internă de stocare HD: cel puțin 1 TB"</i> , va rugam sa considerati conform si un ecograf portabil cu <i>"memorie internă de stocare HD de 500 GB si compatibilitate cu o unitate externa de stocare HD de 5TB"</i> .	A se vedea Amendamentul nr. 4
4	Referitor la cerința <i>"sondă microconvexă pediatrică: - câmp vizual de minim 120"</i> , vă	Nu se accepta.



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTULUI BĂNCII
MONDIALE

Str. Cristian Popișteanu nr. 1-3, etaj 2, cam. 235-236
Tel: 021.3072589/590/686; Fax: 021.3072587

Nr. crt.	Solicitare clarificare	Răspuns solicitare clarificare
	rugam sa considerati conform si o sonda microconvexa pediatrica care prezinta un " câmp vizual de 91°"	
5	Referitor la cerința "modul ECG integrat: - scară adaptabilă a amplitudinii cablului (mV.) și viteză ECG reglabilă (25 mm/sec și 50 mm/sec)", va rugam sa acceptati ca si modulul ECG integrat "sa dispuna de scara adaptabila a amplitudinii si viteza ECG fixa".	A se vedea Amendamentul nr. 4
6	Referitor la cerința "modul ECG integrat: - markeri QRS reglabili", va rugam sa acceptati echivalent si un modulul ECG integrat care "detecteaza si marcheaza automat unda R pe traseul ECG".	A se vedea Amendamentul nr. 4
7	Referitor la cerința "porturi de comunicare - MPEG Vue", va rugam sa eliminati cerinta deoarece MPEG Vue nu este un port de comunicare	A se vedea Amendamentul nr. 4
8	Referitor la cerința "Unitatea de bază portabilă trebuie să aibă: dimensiuni maxime: 50 cm (L) x 40 cm (l) x 8 cm (h); - greutate maximă: 7,0 Kg" Va rugam sa considerati conform si un ecograf portabil cu "dimensiuni aproximative de 38 x 40 x 9,8 cm si greutate cu baterii incluse de 7,6 kg".	A se vedea Amendamentul nr. 4
9	Referitor la cerința "sondă transesofagiană cardiacă multiplană pentru pacienți adulți - interval de frecvență: de la minim 1.9-3.0 MHz până la maxim 7.0-10.0 MHz", va rugam sa fiti de acord cu acceptarea unui ecograf cu "sondă transesofagiană cardiacă multiplană pentru pacienți adulți cu un interval de frecvență: de la minim 4.0 MHz până la maxim 13.0 MHz"	Nu se acceptă.
10	Referitor la cerința "modul ECG integrat: - markeri QRS reglabili", va rugam sa fiti de acord cu acceptarea unui ecograf cu "modul ECG integrat cu markeri QRS presetati"	A se vedea Amendamentul nr. 4
11	Referitor la cerința "luminozitatea ecranului reglabilă automat, ca răspuns la schimbările de lumină", vă rugăm să acceptați modificarea cerinței astfel: "luminozitatea ecranului reglabilă automat sau manual, ca răspuns la schimbările de lumină"	Cerința nu se acceptă.
12	Referitor la cerința "Imagistica Doppler tisulară (culoare, urmărirea țesuturilor, deformare, rata de deformare", "pachet cardiac (distanțe, diametre, zone, volume, viteze, măsurători automate ale jumătății stângi a inimii, fracții de ejeție)", vă rugăm să acceptați modificarea cerinței astfel:	A se vedea Amendamentul nr. 4



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTULUI BĂNCII
MONDIALE

Str. Cristian Popișteanu nr. 1-3, etaj 2, cam. 235-236
Tel: 021.3072589/590/686; Fax: 021.3072587

Nr. crt.	Solicitare clarificare	Răspuns solicitare clarificare
	<ul style="list-style-type: none">- "Imagistica Doppler tisulară (culoare, urmărirea țesuturilor)"- "pachet cardiac (distanțe, diametre, zone, volume, viteze, măsurători ale jumătății stânga a inimii, fracții de ejeție)"	
13	Referitor la cerința "Memorie internă de stocare HD: cel puțin 1 TB", vă rugăm să acceptați modificarea cerinței astfel "Memorie de stocare HD cel puțin 1 TB"	A se vedea Amendamentul nr. 4
14	Referitor la cerința "doi traductori cu matrice fazată (unul pentru adult, unul pentru copil mic) - interval de frecvență: de la minim 1.0-3.0 MHz până la maxim 8.0-10.0 MHz, de scanare până la cel puțin 30 cm", vă rugăm să acceptați modificarea cerinței astfel: "2.1.c. doi traductori cu matrice fazată (unul pentru adult, unul pentru copil mic) – interval de frecvență pentru traductorul arie fazată pentru adult de la minim 1.0 – 3.0 MHz până la maxim 4.0 – 5.0 MHz, de scanare până la cel puțin 30 cm și interval de frecvență pentru traductorul arie fazată pentru copil de la minim 3.0-4.0 MHz până la maxim 7.0 – 10.0 MHz, de scanare până la cel puțin 15 cm".	A se vedea Amendamentul nr. 4
15	Referitor la cerința "traductor cu matrice liniară - lungime câmp de minim 40mm", vă rugăm să acceptați modificarea cerinței astfel: "2.1.d. Traductor cu matrice liniară lungime câmp de minim 38.3 mm"	A se vedea Amendamentul nr. 4
16	Referitor la cerința "modul ECG integrat - curba respirației (impedanță transtoracică) afișată în paralel cu ECG", vă rugăm să acceptați eliminarea acestei cerințe.	Cerința se elimină
17	Referitor la cerința "funcționare în rețeaua electrică a spitalului (220-230 V), dar și cu bateriile de reîncărcare proprii timp de cel puțin 60 de minute", vă rugăm să acceptați modificarea cerinței astfel: Capacitatea de funcționare în rețeaua electrică a spitalului (220-230 V), dar și cu bateriile de reîncărcare proprii timp de cel puțin 45 de minute"	Nu se accepta.
18	Referitor la cerința "Măsurători și calcule - în modul 2D, minim următoarele măsurători și calcule generice: distanța, adâncimea, unghiul, distanțele duble, distanțele paralele, aria, volumul, viteza culorii, debitul volumic, raportul de deformare", vă rugăm să acceptați	A se vedea Amendamentul nr. 4



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTULUI BĂNCII
MONDIALE

Str. Cristian Popișteanu nr. 1-3, etaj 2, cam. 235-236
Tel: 021.3072589/590/686; Fax: 021.3072587

Nr. crt.	Solicitare clarificare	Răspuns solicitare clarificare
	modificarea cerinței astfel: <i>"Capacitatea de efectuare a următoarelor măsuratori și calcule generice: distanța, adâncimea, unghiul, distanțele duble, distanțele paralele, aria, volumul, viteza culorii, debitul volumic, raportul de deformare"</i> .	
19	Referitor la cerința <i>"Memorie internă de stocare HD: cel puțin 1 TB"</i> vă rugăm să acceptați modificarea cerinței astfel: <i>"Memorie internă de stocare HD: minimum 500 GB cu posibilitatea de conectare a unui hard disc extern de 500 GB suplimentar"</i> .	A se vedea Amendamentul nr. 4
20	Referitor la cerința <i>"doi traductori cu matrice fazată (unul pentru adult, unul pentru copil mic) - interval de frecvență: de la minim 1.0-3.0 MHz până la maxim 8.0-10.0 MHz"</i> , vă rugăm să acceptați modificarea cerinței astfel: <i>"doi traductori cu matrice fazată (unul pentru adult, unul pentru copil mic) interval de frecvență: de la minim 1.0-3.0 MHz până la maxim 5.0- 10.0 MHz"</i>	A se vedea Amendamentul nr. 4
21	Referitor la cerința <i>"traductor cu matrice liniară - lungime câmp de minim 40 mm, opțiune câmp trapezoidal"</i> , vă rugăm să acceptați modificarea cerinței astfel: <i>"traductor cu matrice liniară - lungime câmp de minim 38 mm; opțiune câmp trapezoidal"</i> .	A se vedea Amendamentul nr. 4
22	Referitor la cerința <i>"traductor sondă convexă - interval de frecvență: de la 1.2-2.5 MHz până la 5.0-10.0 MHz"</i> , vă rugăm să acceptați modificarea cerinței astfel: <i>"traductor sondă convexă - interval de frecvență: de la 1.0-2.5 MHz până la 5.0-10.0 MHz"</i>	A se vedea Amendamentul nr. 4
23	Referitor la cerința <i>"sondă microconvexă pediatrică - câmp vizual de minim 120°"</i> , vă rugăm să acceptați modificarea cerinței astfel: <i>"sondă microconvexă pediatrică - câmp vizual de minim 90°"</i>	Cerința nu se accepta.
24	Referitor la cerința <i>"porturi de comunicare - MPEG Vue"</i> , vă rugăm să eliminați această cerință restrictivă.	A se vedea Amendamentul nr. 4
25	Referitor la cerința <i>"Port HDMI"</i> , vă rugăm să acceptați modificarea cerinței astfel: <i>"Port HDMI sau DVI sau adaptor la HDMI"</i>	A se vedea Amendamentul nr. 4



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTULUI BĂNCII
MONDIALE

Str. Cristian Popișteanu nr. 1-3, etaj 2, cam. 235-236
Tel: 021.3072589/590/686; Fax: 021.3072587

Nr. crt.	Solicitare clarificare	Răspuns solicitare clarificare
26	Referitor la cerința "Garanție = 60 de luni de la data instalării și punerii în funcțiune conform Proces verbal, acoperind, fără a se limita la: părți electronice, mecanice și accesorii, inclusiv articulații, conectori, sonde, cabluri, ecrane, atât pentru vicii de fabricație, cât și pentru defectare și uzură din utilizare normală", vă rugăm să acceptați modificarea cerinței astfel: "Garanție = 24 de luni de la data instalării și punerii în funcțiune conform Proces verbal, acoperind, fără a se limita la: părți electronice, mecanice și accesorii, inclusiv articulații, conectori, sonde, cabluri, ecrane, atât pentru vicii de fabricație, cât și pentru defectare și uzură din utilizare normală".	Cerința nu se acceptă.
27	Referitor la cerința "Declarația producătorului: echipamentul este nou, nu conține piese recondiționate, nu face parte dintr-o lichidare de stoc, nu se va afla la sfârșitul duratei de utilizare în următoarele 24 de luni, iar piesele de schimb vor fi produse și în următorii 10 ani după încheierea perioadei de garanție" rugăm să acceptați modificarea cerinței astfel: "Declarația producătorului: echipamentul este nou, nu conține piese recondiționate, nu face parte dintr-o lichidare de stoc, nu se va afla la sfârșitul duratei de utilizare în următoarele 24 de luni, iar piesele de schimb vor fi produse și în următorii 10 ani după livrare, instalare și punere în funcțiune"	A se vedea Amendamentul nr. 4